



Nr sprawy 127/ZP/RCRE/POKL9.2/2013

Opole, 18.11.2013 r.

## Wykonawcy wg rozdzielnika

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu specjalistycznego do wyposażenia pracowni budowlano-geodezyjnej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu na potrzeby Projektu pod nazwą: Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, zamawiający odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od wykonawców w dniach 15.11.2013 r. w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz dokonuje odpowiednich zmian SIWZ.

### Pytanie

1. Zamawiający w specyfikacji technicznej zestawu określił bardzo wysokie wymagania odbiornika GNSS, spełniającego wysokie kryteria dokładnościowe oraz środowiskowe. Jednak w sposób pobieżny określił wymagania dotyczące kontrolera co może spowodować, że otrzymany zestaw będzie o niewystarczających parametrach środowiskowych potrzebnych do pracy urządzenia w trudnych warunkach terenowych, a jego parametry techniczne mogą nie odpowiadać powszechnym standardom występujących w technice pomiarowej. W związku z powyższym, czy Zamawiający wymaga dostarczenia kontrolera o minimalnych parametrach: system operacyjny Windows Mobile 6.5, norma pyło i wodoszczelności IP67, procesor 800 MHz, wbudowany odbiornik GPS, wbudowany modem GPRS, pamięć RAM 256 MB?
2. Zamawiający w specyfikacji technicznej nie określił żadnych wymagań określających wielkości pamięci wewnętrznej kontrolera oraz matrycy aparatu fotograficznego, które to parametry umożliwiają kolejno możliwość przechowywania dużych zbiorów danych w pamięci urządzenia oraz archiwizacji obiektów w postaci zdjęć, filmów video często wykorzystywanej podczas prac terenowych. W związku z powyższym, czy Zamawiający wymaga aby minimalna pamięć wewnętrzna urządzenia wynosiła 4GB, zaś aparat fotograficzny 5 MPix?

### Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wymaga systemu Windows Mobile 6.5 lub równoważnego, pamięci RAM min. 256MB. Nie ma wymagań odnośnie procesora oraz normy pyło, natomiast zapis o wbudowanym modemie GPRS oraz wodoszczelności IP67 znajdują się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ.



KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



## **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający nie ma wymagań odnośnie minimalnej pamięci wewnętrznej, oraz nie wymaga wprowadzenia zapisu „aparat fotograficzny 5MPix”.

**Powyższe zmiany stają się integralną częścią SIWZ i należy je uwzględnić składając ofertę.**

W załączeniu zmieniony formularz Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna – formularz-rzeczowo cenowy (załącznik nr 1 do SIWZ). Zmieniony załącznik jest również dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego: <http://bip.rcre.opolskie.pl>

Z poważaniem

**Dyrektor**  
**mgr Lesław Tomczak**